平成 26 月 12 月 17 日

アスベスト技能試験実施要領

1. 試験番号　APT－1

2. 試験名　建材中のアスベスト分析

3. 分析項目

分析項目	濃度範囲	試料量
建材中のアスベスト定性分析	0.0～数%	試料①～試料④　約 5 ㎝×5 ㎝

4. 試料調製方法　建材を有姿のまま分割します。

5. 配付試料　試料①～試料④の4種類です。

6. 試料の保管　試料を保管する場合は、飛散等の無いように適切に保管してください。

7. 分析方法　JIS A 1481-1 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第 1 部

※1 他の分析方法での報告は、認めません。

※2 配付試料は日常の試験を実施する場合と同様に取り扱ってください。

8. 分析結果の報告　試料①～試料④の4試料全てを報告してください。

日環協ウェブサイト（http://www.jemca.or.jp/info/）の「アスベスト」ページに掲載する分析結果報告シート（Excelファイル）*を用いて報告してください。

*試料配付日までに掲載いたします。

9. その他

（1） 測定回数、試料採取量、前処理方法等で本実施要領に記載してない事項は、各試験所の判断で実施してください。

（2） 参加者同士の談合又は測定結果の改ざんは厳しく禁止します。

10. 報告期限　平成 27 年 2 月 6 日（金）まで**（厳守してください）**

報告は E-mail（asprot2014@jemca.or.jp 宛）でお願いします。

報告期限を必ず遵守してください。報告期限を過ぎて報告されたものは無効とします。