

報告書番号 日環 103-20WL (日環-103)

ISO/IEC 17043 に基づく技能試験報告書

水中の生活環境項目試験

————— COD_{Mn} —————

(概要)

2020年11月

一般社団法人 日本環境測定分析協会

1. 実施機関

一般社団法人 日本環境測定分析協会

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西2丁目3番4号

TEL 03-3878-2811 FAX 03-3878-2639

ただし、試料調製、試料配付、均質性・安定性試験は、外部委託した。

2. 試験項目および実施期間

試験番号：日環 103-20WL (日環-103)

試験名：水中の生活環境項目試験

分析項目：COD_{Mn}

試験申込期間：2020年4月27日(月)～2020年6月5日(金)

試料の配付：2020年7月13日(月)～2020年7月14日(火)

結果報告期限：2020年8月28日(金)

3. 分析方法

JIS K 0102

4. 参加状況

技能試験の参加状況を表1に示す。

表1 参加試験所数と報告試験所数

分析項目	参加試験所数	報告試験所数
COD _{Mn}	393	385

5. 報告値の桁数および単位

JIS Z 8401（数値の丸め方）規則 **B** に従って丸められた下記の桁数で報告を受けた。

COD_{Mn} : 小数点以下 1 桁

報告値の単位 : mg/L

報告値の桁数、並びに本報告書中の付与値、均質性試験結果、安定性試験結果、 z スコアの数値の桁数は、統計解析の都合により定めており、「有効数字」としての桁数ではないことに留意。

6. 付与値

付与値として、全報告値の中央値（**median**）を採用した。付与値を**表 2**に示す。

表 2 付与値 (単位 : mg/L)

分析項目	試料 1	試料 2
COD_{Mn}	17.0	14.3

中央値（**median**）および z スコアの算出方法、評価の仕方、ユーデンプロットの見方、均質性・安定性試験実施要領の概要等については、日環協技能試験ウェブサイト（https://www.jemca.or.jp/analysis_top/pro_test/）の「技能試験結果の解説」を参照。

7. 計解析結果の概要

分析項目の統計解析結果の概要を表 10 に示す。

表 10 COD_{Mn} の統計解析結果概要および z スコア出現率

	試料1	試料2	試験所間	試験所内
試験所の数	385	385	385	385
中央値(median) : Q_2	17.0	14.3	22.1	1.8
第1四分位数 : Q_1	15.9	13.5	20.9	1.6
第3四分位数 : Q_3	17.9	15.3	23.4	2.1
四分位数範囲 $IQR=Q_3-Q_1$	2.0	1.8	2.5	0.5
正規四分位数範囲 $IQR \times 0.7413$	1.5	1.3	1.9	0.4
ロバストな変動係数 $(IQR \times 0.7413 / Q_2) \times 100$	8.7	9.3	—	—
$ z \leq 2$ (%)	89.6 (345)	88.6 (341)	90.4 (348)	84.2 (324)
$2 < z < 3$ (%)	6.0 (23)	6.0 (23)	4.7 (18)	10.6 (41)
$3 \leq z $ (%)	4.4 (17)	5.5 (21)	4.9 (19)	5.2 (20)

(括弧内の数字は該当試験所の数を示す)

以上