

<SELF> 第148回全蒸発残留物 分析値自己管理会配付試料について

配付試料

1. 目標調製濃度：全蒸発残留物 2500 mg/L (10 倍希釈後 250 mg/L)
2. 共存物質 : なし
3. 作業手順 :
 - ①塩化ナトリウム (特級) : 50 g を純水 1 L に溶解。
 - ②大型容器に純水 19 L に上記①を全量加え、全量を 20L とし攪拌。