2022 月 5 月 18 日

アスベスト分析技能試験　実施要領

１．試験番号　　APT-6

２．試験名　　建材中のアスベスト定性分析技能試験（試験所対象）

３．分析項目

分析項目	濃度範囲	試料数
建材中のアスベスト定性分析	0 ～ 50%程度	4 試料

４．試料調製方法　　建材を有姿のまま分割

５．配付試料　　４種類の試料を配付

６．試料の保管　　飛散等の無いように適切に保管すること

７．スケジュール

試料配付予定　　2022 年 7 月 4 日（月）
結果報告期限　　2022 年 7 月 27 日（水）
報告書発行予定　2022 年 12 月下旬

８．分析方法　　JIS A 1481-1：2016　建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第 1 部
※1　他の分析方法での報告は、認めません。
※2　配付試料は日常の試験を実施する場合と同様に取り扱ってください。

９．分析結果の報告

配付する4試料全てについて報告してください。
報告は 1 試験所 1 報告に限ります。
＜報告方法＞
日環協ウェブサイト（https://www.jemca.or.jp/analysis_top/asbestos_top/）の「アスベスト分析技能試験」ページに掲載する分析結果報告様式（Excelファイル；試料配付日までに掲載します）を用い、Excel形式のまま試験所名を付して保存したファイルを、「APT-6分析結果（事業所名記載）」の件名にてE-mailに添付し、asprot2014@jemca.or.jp 宛に送付してください。

１０．その他

（1）測定回数、試料採取量、前処理方法等について、本実施要領に記載のない事項は、各試験所の判断で実施してください。
（2）参加試験所間の談合および測定結果の改ざんは厳しく禁止します。

１１．報告期限　**上記の結果報告期限（2022 年 7 月 27 日）を厳守してください。**
報告期限を過ぎて報告されたものは無効とします。