

<SELF> 第160回pH 分析値自己管理会配付試料について

配付試料

1. 目標調製濃度：pH 9.2（10倍希釈時）
2. 作業手順：
 - ①四ほう酸ナトリウム十水和物 610 gを大型容器に分取し、純水で16 Lとした後、攪拌した。