

アスベスト分析ラウンドロビンテスト 実施要領

1. 試験番号 ARRC-2026-1

2. 試験名 建材中のアスベスト分析

3. 分析項目

分析項目	濃度範囲	試料数
建材中のアスベスト定性分析	0 ～ 50%程度	4 試料

4. 試料調製方法 建材を有姿のまま分割

5. 配付試料 4 種類の試料を配付（通常業務と同様に飛散等のないよう適切に保管し、取り扱ってください）

6. 参加定員 100 分析機関（定員になりましたら〆切らせていただきます）

7. スケジュール

試料配付予定 2026 年 5 月 18 日（月）着
結果報告期限 2026 年 6 月 5 日（金）
個別結果速報 2026 年 7 月 3 日（金）
最終報告書発行予定 2026 年 7 月 24 日（金）

8. 分析方法 JIS A 1481-1：2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第 1 部
※1 原則として JIS A 1481-1：2016 に示された方法のみで分析を行ってください。

JIS A 1481-1：2016 に示された以外の方法を使用した場合（例：XRD、電頭によるスクリーニングや確認試験等）は、①目的、②実施したタイミング、③使用した方法を結果報告書に必ず明記してください。

※2 配付試料は日常の試験を実施する場合と同様に取り扱ってください。

9. 分析結果の報告

配付する 4 試料全てについて報告してください。

報告は 1 試験所 1 報告に限ります。

< 報告方法 >

ARRC 報告様式（Excel ファイル ARRC ウェブサイトに掲載予定）に結果記載
Excel ファイル名を「参加機関番号 - 分析機関名」として、ARRC 事務局が各社
毎に指定するフォルダーにアップロードする。

10. その他

- (1) 測定回数、試料採取量、前処理方法等について、本実施要領に記載のない事項は、各試験所の判断で実施してください。
- (2) 参加試験所間の談合および測定結果の改ざんは厳しく禁止します。

11. 報告期限

上記の結果報告期限 **2026年6月5日**を厳守してください。
報告期限を過ぎて報告されたものは無効とします。