

<SELF> 第171回コバルト 分析値自己管理会配付試料について

配付試料

1. 目標調製濃度：コバルト(Co) 1 mg/L
2. 共存物質 : 塩化ナトリウム(NaCl) 10 mg/L
硝酸(HNO₃) 0.1 mol/L
3. 作業手順 :
 - ①塩化ナトリウム 0.15 g を純水 1 L に溶解。
 - ②872 mL の純水に濃硝酸 (13.3 mol/L) 113 mL を加えた後、コバルト標準液 (1000 mg/L) 15 mL を添加して混合。
 - ③大型容器に純水 13 L を入れ、上記①および②を全量加え攪拌。