<ＳＥＬＦ> 第１７２回全りん　分析値自己管理会配付試料について

配付試料

１．目標調製濃度：全りん(T-P)　1 mg/L

２．共存物質　　：塩化ナトリウム(NaCl)　100 mg/L

３．作業手順　　：

①りん酸二水素カリウムを 105 ℃で 2 時間乾燥し、デシケータ中で放冷。
②上記①を 0.066 g はかりとり、蒸留水 200 mL に溶解。
③塩化ナトリウムを 1.5 g はかりとり、蒸留水 200 mL に溶解。
④30L 容蛇口付きポリ容器に 14.6 L の蒸留水を入れ、上記②と③を加えて撹拌。